

該 非 判 定 書

作成責任者


相模原市中央区矢部 3-28-6

柚木行政書士事務所

代表・行政書士 柚木 勇

登録 10090102

042-719-4999 / 090-6171-7744



対象貨物・役務

ジーエルサイエンス(株)製 残留農薬クリーンアップシステム

G-Prep GPC8100

判定（2018.1.22 施行法令準拠）

輸出令別表第一の	1 項～15 項	対象外
同	16 項	該当
外為令別表の	1 項～15 項	対象外
同	16 項	該当

判定理由

対象貨物は、食品の残留農薬を分析する際に、当該食品に含まれる大量の油脂成分を除去するシステムである。既に生産中止となっており、適切な資料がないため、後継機(G-Prep GPC8100 plus)の仕様に基づいて判定する。

輸出令について

対象貨物は、残留農薬クリーンアップシステムであるが、これは輸出令別表第一に掲げられた物品ではない。よって、対象貨物は輸出令別表第一の1 項から15 項について対象外と判定する。

外為令について

対象貨物には、これを操作するためのプログラムが付属する。

外為令別表の1 項から15 項は、輸出令別表第一の1 項から15 項に該当する貨物に関連するプログラムを対象としており、輸出令別表第一の1 項から15 項について対象外となる貨物を操作するためのプログラムが外為令別表の1 項から15 項について該当となることはない。

添付資料

1. 項目別対比表（全1 頁）
2. 対象貨物資料（全2 頁）

輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用) 6366

輸出令別表第1で明らかに規制されていない貨物用

貨物名: 残留農薬7リニア7°GPCシステム

メーカー名: ジーエルサイエンス(株)

型及び銘柄: G-Prep GPC8100

©CISTEC

2018.01.22施行政省令等対応 (1 / 1)

輸出令別表第1関連	判定欄 (いずれかにレ点)	貨物の内容・理由等
輸出令別表第1の1から15の項及び貨物等省令第1条から第14条に該当する貨物か?	☐ はい ☒ いいえ	

注意事項:

※判定欄で「はい」にチェックした場合は、関係する項目別対比表で、該非判定をすること。本シートは、使用できない。

※輸出令別表第1の1から15の項及び貨物等省令第1条から第14条に該当しない場合であっても、食品や木材等を除き、輸出令別表第3 (ホワイト国) 以外に輸出する場合は、キャッチオール規制 (用途・需要者) について確認すること。

作成責任者: (作成年月日: H30年11月19日)	
会社名	柚木行政書士事務所
所属・役職	行政書士・STC Associate
(フリガナ)氏名	ユノキ イサム 柚木 勇
電話	042-719-4999

お客様各位

平成27年 9月吉日
ジーエルサイエンス株式会社

**残留農薬クリーンアップ GPC システム
G-Prep GPC8100 Single System/Dual System
修理・保守部品供給期限のお知らせ**

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、長年にわたりご愛用いただいております 残留農薬クリーンアップ GPC システム G-Prep GPC8100 Single System/Dual System は、2010年2月に生産中止となり、その保守期限の終了日時が近づいておりますので、ここにその期限につきましてご案内させていただきます。

このお知らせを機に後継機であります 残留農薬クリーンアップ GPC システム G-Prep GPC8100 Plus Single System/Dual System をご検討いただければ幸に存じます。

なお、この件に関しますご相談につきましては、弊社営業担当者までお願いいたします。

何卒、ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具


記

**残留農薬クリーンアップ GPC システム GPC8100 Single System/Dual System
保守部品供給期限終了日：2017年(平成29年) 2月28日**


以上

G-Prep GPC8100 Plus Single/Dual System

GPC Clean-Up System G-Prep GPC8100 Plus Single/Dual System



G-Prep GPC8100 Plus Single



ポジティブリスト試験法によるデータ例

G-Prep GPC シリーズは、GPC (Gel Permeation Chromatography) を用い、残留農薬を分析する際に、肉や魚（畜水産物）や加工食品などに含まれる大量の油を除去するシステムです。食品粘性サンプルに対応した高精度オートサンプラー、サンプルの汚染や損失を防止する直接分取方式のフラクションコレクター、再現性の良いプレヒート機能付カラムオーブンなど、効率的に高精度でクリーンアップできます。

●特長

- ・ポジティブリスト試験法対応
- ・農薬分画を直接ナス型フラスコなどの受器に採取可能
- ・Single システム1台で1検体処理、Dual システム1台で2検体並列処理

●仕様

- 分画数：24 検体（ナス型フラスコ 200 mL/300 mL 対応）
 48 検体（ナス型フラスコ 100 mL 対応）
 300 検体（GL-SPE 試験管 25 mL または濃縮管 20 mL/30 mL 対応）

オートサンプラー：G-Prep AS（10 mL バイアル 56 検体対応）

カラムオーブン：G-Prep CO 8100 OVEN（4℃～60℃）

ポンプ：流速 0.01～9.99 mL/min、最大圧力 20 MPa


接液部（SUS316、ルビー、サファイア、フッ素樹脂、PEEK）

コントロールソフト：GP-Link for GPC

検出器：G-Prep UV（オプション）


大きさ：1275(W)×590(D)×620(H) mm（PC 部を除く）

重さ：約 99 kg（PC 部を除く）



Single System（標準システム）

Singleモード



Dual System

分取電磁弁を2つ搭載し、1分画の分取であれば、2検体同時処理が可能

Dualモード

品名	Cat.No.	価格
G-Prep GPC8100 Plus Single System	6030-81015	生産中止
G-Prep GPC8100 Plus Dual System	6030-81025	生産中止

消耗品

品名	入数	Cat.No.	価格
プランジャーシール B 有機用	2個	6001-81575	13,000
プランジャー	1本	6001-81577	26,000

224 ページへ
 GPC クリーンアップ用カラム